

検 査 成 績 書

貴社名	MonotaRO 殿	検印	印	担当	太郎
貴社管理番号	20250101				
品名	トルクレンチ	判定	合格		
メーカー名	モリタ				
型名	06714322	検査年月日	2025年1月1日		
製造番号	ABCDEFG	温度 湿度	23.0 ℃ 55 %		

使 用 標 準 器

当社管理No.	名称	メーカー	型名
12345678	NAME-0000001	MEKAR-0000001	MODEL-0000001

1.トルク検査

測 定 点	測 定 数	下 限 値	測 定 値	上 限 値	判 定
2 N・m	1回目	1.942 N・m	2.000 N・m	2.061 N・m	良
	2回目		2.000 N・m		良
	3回目		2.000 N・m		良
	4回目		2.000 N・m		良
	5回目		2.000 N・m		良
6 N・m	1回目	5.826 N・m	6.000 N・m	6.185 N・m	良
	2回目		6.000 N・m		良
	3回目		6.000 N・m		良
	4回目		6.000 N・m		良
	5回目		6.000 N・m		良
10 N・m	1回目	9.709 N・m	10.000 N・m	10.309 N・m	良
	2回目		10.000 N・m		良
	3回目		10.000 N・m		良
	4回目		10.000 N・m		良
	5回目		10.000 N・m		良

2. 備考

規格はメーカーの仕様による。

校正会社〇〇〇〇