

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 18381028、30134152

商品名: pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ



Q-1 製品仕様について

電源が入らないのですが、どうしてですか。



ご回答

ご購入時の製品内に装着されている電池は、
テスト用電池でございます。
※必ず新しい電池に交換してください。
※使用頻度にもよりますが、寿命は約1年です。

Q-2 製品仕様について

校正標準液がなくなりました。

ご回答

【標準液】

- pH値 4.0 : 注文コード 38580342 カスタム pH標準液
- pH値 7.0 : 注文コード 38577847 カスタム pH標準液

モノタロウ商品でもご使用いただくことができます。

- pH値 4.01 : 注文コード:34926035 フタル酸水素カリウム
- pH値 7.01 : 注文コード:34926044 混合リン酸塩

Q-3 取り扱い有無について

保存液がなくなりました。

ご回答

注文コード 19220863 をご使用ください。
また 市販の3.3mol/L の塩化カリウム溶液でも、問題なくご使用いただけます。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 18381028

商品名: pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ



Q-4 製品仕様について

標準液と保存液の用量について教えてください。

ご回答

標準液 約40cc
保存液 約5cc
になります。
pH4、pH7とも同じ容量でございます。

Q-5 製品仕様について

センサー交換ができるとありますが、どれを購入すればいいですか。

ご回答

■注文コード: 60854525
カスタム 交換用 pHセンサー [品番: PH-6011S2]

Q-6 製品仕様について

PH計は土壌PH計測には不向きでなのしょうか？

ご回答

上澄み液の測定でも、土壌のph測定に不向きな商品になります。
土壌のph測定を想定しない商品になるため、上澄み液、混合液でも
測定結果について保証出来る商品ではございません。

Q-7 製品仕様について

塩素水につけておかないと使用できないのでしょうか。

ご回答

この商品のご使用に塩素水は不要でございます。
限界値の pH0.0 ないし pH14.0 に近い値の測定液は、センサーの劣化や故障の原因となる場合がございますので、ご使用しないでください。